

공통 규격서

C O M M O N S P E C I F I C A T I O N

품목번호(등급) Item No.	품목 및 규격 Description	수량 Quantity	단위 Unit
A26010.01(2)	심전도기 (Electrocardiograph)	2	SET

A. 특 징 (FEATURES)

1. 12개 이상의 유도 전극을 이용한 심전도 수집, 저장 및 분석
2. 실시간 연속 기록 장치
3. 원격 "시작" 버튼으로 환자 침대 옆에서 기록 시작
4. 자동 심전도 판독 및 측정 기능
5. 성인 및 소아용 심전도 분석 프로그램
6. 고급 신호 수집 기술로 우수한 파형 품질 제공
7. 다양한 형식의 벡터 루프 보고서 생성
8. 심전도를 수동 또는 자동으로 내부 메모리에 저장
9. 카드 또는 디지털 매체를 통한 소프트웨어 업데이트 지원
10. 액티브 매트릭스 디스플레이로 시야각 확대 및 사용자 편의성 향상
11. 정보 키를 누르면 즉시 온라인 도움말 이용 가능
12. 심전도 전송 옵션을 통해 원격 심전도 검토 또는 심장 정보 시스템과의 데이터 저장 및 검색 가능

B. 규 격 (SPECIFICATION) **동등 또는 그 이상**

1. 본 장치는 15채널의 판독 가능한 심전도 장치여야 함
2. 본 장치는 배터리로 작동되어야 하며, 배터리가 방전될 경우 AC 전원으로도 작동할 수 있어야 함
3. 배터리는 최대 90개의 ECG 보고서를 수집하거나, 최대 6시간 동안 연속으로 화면을 표시할 수 있어야 함
4. 완전히 방전된 배터리에서 완전히 충전된 배터리까지의 충전 시간은 4.5시간 미만이어야 함
5. 본 장치는 내부 메모리에 최소 1,000개의 ECG를 저장할 수 있어야 함
6. 본 장치는 10초 이내에 ECG를 즉시 수집, 분석 및 선택한 보고서 형식으로 인쇄할 수 있어야 함
7. 본 장치는 12개의 모든 리드 데이터를 동시에 분석할 수 있어야 함
8. 사용자는 유선 LAN 연결을 통해 데이터(파형 및 텍스트)를 송수신할 수 있어야 함

9. 데이터 무선통신 가능
10. 15.6인치 디스플레이
11. 10초 동안의 순간 ECG 획득을 위한 사전 획득 기능
12. 12유도 출력용 열전사 도트 어레이 프린터
13. 중앙 ECG 저장 시스템으로 데이터 전송을 위한 내장 LAN 모듈
14. 크기(높이 x 너비 x 깊이) cm : 48 x 71 x 158 cm 이하

C. 구 성(SYSTEM CONSISTING OF) 동등 또는 그 이상

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. 심전도계 | 2 EA |
| 2. 이동식 카트 | 2 EA |
| 3. 사용 및 서비스 설명서 | Each 1 EA |
| 4. 소모품 | |
| - 심전도 리드선 | 2 SET |
| - 흡입 전극(6개/세트) | 2 SET |
| - 사지 클램프(4개/세트) | 2 SET |

D. 비 고(REMARKS)

1. 장비의 설치 및 운영교육은 공급자 책임 하에 무상실시한다.
2. 최종 설치 시험이 끝난 후 3년간 무상수리가 보장되어야 한다(소모품 제외).
3. 공급자는 PACS 또는 EMR 연동이 필요한 부분을 책임진다(비용 발생분 포함).
4. 검수일 기준으로 1년 이내 제조된 제품을 납품해야 한다.
5. 검수일 이후 1년 이내에 단종 예정이 없는 제품을 납품해야 한다.
6. 병원 요청 시 국내서비스 교육을 실시하여야 한다.
7. 장비설치 후 1년 안에 동일고장 3번 발생 시 장비를 다른 새장비로 교체한다.
8. 보증기간 내 병원규정에 따라 예방점검을 시행 후 보고서를 제출해야 한다.