

공통 규격서

C O M M O N S P E C I F I C A T I O N

품목번호(등급) Item No.	품목 및 규격 Description	수량 Quantity	단위 Unit
A28010.01(1)	세극등현미경&유닛체어 (Slit Lamp&unit chair)	1	SET

A. 특 징 (FEATURES)

1. 고휘도 LED를 광원으로 사용하여 선명한 이미지를 제공한다.
2. 매우 고급의 접안렌즈는 안경 착용자들 또한 제한없는 조작의 편리함을 제공한다.
3. 짧은 작업 거리, 편리한 팔과 몸 자세, 슬릿 길이, 슬릿 너비 및 슬릿 각도를 정밀하게 조절할 수 있는 편리한 제어 기능이 있다.
4. 조이스틱은 3차원 공간에서 슬릿 램프를 빠르고 정확하게 제어할 수 있도록 해주며, 빠른 잠금 기능으로 원하는 위치에 정확하게 고정할 수 있다.

B. 규 격 (SPECIFICATION) 동등 또는 그 이상

1. 배율 : ± 8 D의 굴절이상을 보상하는 기능을 가지고 있는 약 6배, 10배, 16배, 25배, 40배의 Objective lens / 12.5배의 Eyepiece 사용이 가능
2. 슬릿 넓이 : 0 - 12mm 이상의 연속적인 조정이 가능
3. 조명 : LED
4. 슬릿 길이 : 최소 1 ~ 12mm 범위에서 단계적으로 조정이 가능
5. 슬릿 회전 : 연속적으로 $\pm 90^\circ$
6. 각의 범위 : $0^\circ \sim 20^\circ$ 에서 기울기가 가능
7. 필터 : 블루, 그린(red-free), 회색 또는 이상
8. 비디오 시스템을 통해 이미지 확인 가능

C. 구 성 (SYSTEM CONSISTING OF) 동등 또는 그 이상

- | | |
|------------------|------|
| 1. 슬릿램프 본체 | 1 세트 |
| 2. 전동식테이블(국내생산) | 1 세트 |
| 3. 환자전동의자(국내생산) | 1 세트 |
| 4. 압평 안압계 | 1 세트 |
| 5. 비디오시스템 | 1 세트 |
| 6. 사용자 및 서비스 매뉴얼 | 1 세트 |

D. 비 고 (REMARKS)

1. 장비의 설치 및 운영교육은 공급자 책임 하에 무상실시한다.
2. 최종 설치 시험이 끝난 후 3년간 무상수리가 보장되어야 한다(소모품 제외).
3. 공급자는 PACS 또는 EMR 연동이 필요한 부분을 책임진다(비용 발생분 포함).
4. 검수일 기준으로 1년 이내 제조된 제품을 납품해야 한다.
5. 검수일 이후 1년 이내에 단종 예정이 없는 제품을 납품해야 한다.
6. 병원 요청 시 국내서비스 교육을 실시하여야 한다.
7. 장비설치 후 1년 안에 동일고장 3번 발생 시 장비를 다른 새장비로 교체한다.
8. 보증기간 내 병원규정에 따라 예방점검을 시행 후 보고서를 제출해야 한다.