

공통 규격서

C O M M O N S P E C I F I C A T I O N

품목번호(등급) Item No.	품목 및 규격 Description	수량 Quantity	단위 Unit
A28090.02(2)	전안부촬영장치 (Anterior Segment OCT)	1	SET

A. 특 징(FEATURES)

1. 스윙 소스 레이저 기반
2. 비접촉 측정
3. 각막, 백내장, 녹내장, 시력 측정 등에 적용 가능
4. 인공수정체 도수 계산

B. 규 격(SPECIFICATION) **동등 또는 그 이상**

1. 파장: 1,200 ~ 1,400 nm(범위 내 해당 시)
2. 스캔 속도: A-스캔 50,000회/초
3. 축 방향 해상도: 10 μ m 미만
4. 횡 방향 해상도: 45 μ m 이하
5. 스캔 패턴: Line, Volume 등
6. B-스캔 수: 65개 이상
7. 애플리케이션: Cornea app, Cataract app 등
8. 지형 데이터 직경: 8mm 이상
9. 입력 전압(V): 100~240V
10. 주파수(Hz): 50/60Hz
11. 소비 전력(VA): 170 이하
12. 크기(mm): 530 x 560 x 472 이하
13. 무게(kg): 33 이하

C. 구 성(SYSTEM CONSISTING OF) **동등 또는 그 이상**

- | | |
|----------------|------|
| 1. 본체 | 1 세트 |
| 2. 테이블 | 1 개 |
| 3. 사용자/서비스 설명서 | 1 세트 |

D. 비 고(REMARKS)

1. 장비의 설치 및 운영교육은 공급자 책임 하에 무상실시한다.

2. 최종 설치 시험이 끝난 후 3년간 무상수리가 보장되어야 한다(소모품 제외).
3. 공급자는 PACS 또는 EMR 연동이 필요한 부분을 책임진다(비용 발생분 포함).
4. 검수일 기준으로 1년 이내 제조된 제품을 납품해야 한다.
5. 검수일 이후 1년 이내에 단종 예정이 없는 제품을 납품해야 한다.
6. 병원 요청 시 국내서비스 교육을 실시하여야 한다.
7. 장비설치 후 1년 안에 동일고장 3번 발생 시 장비를 다른 새장비로 교체한다.
8. 보증기간 내 병원규정에 따라 예방점검을 시행 후 보고서를 제출해야 한다.