

규격 사양서

1. 건 명

- LC-MS/MS 터보펌프 교체

2. 대상장비

- 장비명: 액체크로마토그래프-질량분석기(LC-MS/MS)
- 제조사: PerkinElmer
- 설치장소: 서울물연구원 신물질분석과

3. 구매 규격 및 수량

품목명	제품번호	단위	수량	규격 및 사양
TURBO PUMP, PFEIFFER w/Controller	BC002564	개	1	PerkinElmer LC-MS/MS용 정품 터보펌프 및 Controller
FRU kit – Pfeiffer to 48V XP power supply	N2820074F	개	1	PerkinElmer LC-MS/MS용 정품 부품

4. 일반사항

- 납품되는 부품은 해당 LC-MS/MS와 완전히 호환되는 제조사 정품이어야 한다.
- 계약상대자는 부품 납품 후 해당 장비에 터보펌프 및 관련 부품을 교체·설치하여야 한다.
- 부품 교체·설치 완료 후 장비의 정상 작동 여부를 확인하여야 한다.
- 납품 및 교체 과정에서 장비에 이상이 발생하지 않도록 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

5. 납품 및 설치

- 납품장소: 서울물연구원 신물질분석과 지정장소
- 납품기한: 계약일로부터 60일 이내
- 계약상대자는 납품기한 내 부품의 납품·교체·설치를 완료하여야 한다.

6. 검수 및 하자보증

- 부품 교체·설치 후 장비의 정상 작동 여부를 확인한 후 검수한다.
- 하자보증기간은 검수 완료일로부터 1년으로 한다.
- 하자보증기간 내 교체 부품 또는 수리 부분에 이상이 발생한 경우 계약상대자는 필요한 조치를 하여야 한다.